Español

1 Uso previsto

Fin previsto
Aspiración de líquidos en la cavidad bucal para controlar la humectación, así como la separación de la lengua durante un tratamiento dental.

Grupo objetivo de pacientes
- Pacientes con dientes permanentes

Usuarios previstos
- Odontólogos
- Asistentes dentales
- Higienistas dentales/asistentes de profilaxis

Formación especial
Ninguno

Uso
Solo para uso dental.

Descripción
OptraGate® Dry Control es un aspirador dental de saliva y líquidos con un separador de lengua integrado para un control más eficaz de la humectación en la cavidad bucal.

El producto consta de los siguientes componentes:
(1) separador de lengua, (2) bisagra plegable, (3) elemento de aspiración, (4) boquilla flexible (6,3 mm de diámetro)



Indicaciones
Ninguno

Ámbitos de aplicación:
control de la humectación y separación de la lengua, por ejemplo, durante las siguientes intervenciones dentales:

- exploraciones dentales;
- digitalización intraoral parcial;
- preparación del diente;
- tratamientos de restauración directa;
- colocación de restauraciones indirectas.

Contraindicaciones
El uso de este producto está contraindicado si se sabe que el paciente es alérgico a alguno de sus componentes.

Restricciones de uso
El producto no debe utilizarse en los siguientes casos:
- Procedimientos quirúrgicos e implantológicos en la cavidad bucal
- Procedimientos estériles
- Nuevo procesamiento del producto

No reutilizar

Efectos secundarios
No se conocen hasta la fecha

Interacciones
No se conocen hasta la fecha

Beneficio clínico
- Control de la humectación en la zona de tratamiento
- Separación de la lengua del paciente

Composición
Policloruro de vinilo (PVC), elastómero termoplástico (TPE), acero 1.4310, polipropileno (PP)

2 Aplicación

Preparación del producto
1. Abrir la bolsa por la marca.
2. Extraer el producto de la bolsa.
3. Conectar el producto a la unidad de aspiración o a una interfaz adecuada en la unidad de tratamiento.

Colocación del producto en la cavidad bucal
1. En cavidades bucales muy pequeñas: si es necesario, acortar el elemento de aspiración (3) aproximadamente 5 mm en la posición indicada (consultar la imagen)
2. Según corresponda: colocar el separador de labios/mejillas en la boca del paciente.
3. Colocar el elemento de aspiración (2) en el maxilar inferior junto a la lengua.
4. Sujetar el producto al maxilar inferior con la boquilla flexible (4).
5. Doblar la bisagra plegable (2) del separador de lengua (1) según el tamaño del paladar y la altura de la cavidad bucal.

Extracción del producto después del tratamiento
1. Extraer el producto de la cavidad bucal después del tratamiento.
2. Desechar el producto contaminado.

3 Información sobre seguridad

- El producto ha sido desarrollado exclusivamente para su uso odontológico. Úselo de acuerdo con las instrucciones de uso.
- En caso de incidentes graves relacionados con el producto, póngase en contacto con el Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, www.ivoclar.com y su autoridad competente responsable.
- Los agentes de limpieza y desinfección pueden afectar negativamente al material y provocar reacciones no deseadas en los pacientes.
- Antes de usar, inspeccione visualmente el embalaje y el producto en busca de daños. En caso de duda, póngase en contacto con Ivoclar Vivadent AG o con su distribuidor local.

Documentación complementaria

Documento	Se encuentra en:
Versión actual de las instrucciones de uso	www.ivoclar.com/eIFU
Estructura de las instrucciones de uso y advertencias	www.ivoclar.com/eIFU
Explicación de los símbolos	www.ivoclar.com/eIFU

Información para el desecho
Desechar el producto contaminado de acuerdo con los imperativos legales nacionales correspondientes.

Riesgos residuales

Los usuarios deben ser conscientes de que cualquier intervención dental en la cavidad bucal conlleva ciertos riesgos.

Existen los siguientes riesgos clínicos residuales conocidos:
No se conocen hasta la fecha

4 Almacenamiento y caducidad

- Proteja el producto de la luz solar directa.
- Fecha de caducidad: Véase la nota en el embalaje.

5 Información adicional

¡Mantenga el material fuera del alcance de los niños!

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad de los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones de uso. Asimismo, el usuario está obligado a comprobar, bajo su propia responsabilidad, si el material es apto para los fines previstos, sobre todo cuando estos no figuran explícitamente en las instrucciones de uso.