ES Instrucciones de uso

Finalidad de uso
Sistema de aislamiento bicomponente (I+II) en la técnica de coronas y puentes.

Indicaciones
El sistema Signum insulating pen separa fotopolímeros Kulzer (dima print model beige & gray), yeso y epoxi de materiales cerámicos y composite en la tecnología de coronas y puentes.

- **Signum insulating pen I**
  sella la superficie y cierra microporos en el material
- **Signum insulating pen II**
  crea una película aislante muy fina, para un ajuste máximo

Contraindicaciones
El uso de este producto está contraindicado en caso de alergia conocida o sospechada a los componentes de este producto.

Posibles efectos secundarios
Se desconocen. En casos aislados, este producto o sus componentes pueden causar reacciones de hipersensibilidad. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes al fabricante.

Composición
Signum insulating pen I
contiene: 2-butanona
Signum insulating pen II
contiene: Nafta (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno; n-hexano; ciclohexano; solvente Stoddard

Aplicación del producto
Antes de la utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados.

- Aspirar la cantidad de líquido deseado presionando en la punta del lápiz aislante.
- Aplicar el Signum insulating pen I dos veces a intervalos de 10 – 15 seg sobre el área ya preparada para aislar y dejar secar.
- Aplicar sobre la superficie previamente tratada con el Signum insulating pen II una película delgada de aislante y dejar secar dos minutos.

Primeramente después de haber aplicado los componentes del Signum insulating pen, marcar los límites de la preparación. Para aspirar la cantidad de líquido, sostener el lápiz aislante con la punta ligeramente inclinada hacia abajo y ejercer una cuidadosa presión.

Indicaciones generales
Lea detalladamente las siguientes instrucciones de seguridad y todas las instrucciones de procesamiento en otras secciones. Este producto debe ser utilizado únicamente de acuerdo con las instrucciones de uso. Cualquier uso que no cumpla con estas instrucciones es a discreción y responsabilidad exclusiva del profesional dental.

Advertencias e indicaciones de seguridad
Signum insulating pen I
Líquido y vapores muy inflamables.Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición - no fumar. No respirar el la niebla/los vapores/el aerosol. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de malestar, llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Evitar su liberación al medio ambiente.
Signum insulating pen II
Líquido y vapores muy inflamables.Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición - no fumar. No respirar el la niebla/los vapores/el aerosol. Provoca irritación cutánea. Puede perjudicar la fertilidad. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar daños en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso por exposición prolongada o repetida. Vía de exposición: respiración/inhalación. Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Si la ventilación es insuficiente, llevar protección respiratoria.

Condiciones de almacenamiento
Consérvese a una temperatura de -10 a 25°C (14 a 77°F). Evitar la radiación solar directa. Mantener el recipiente cerrado herméticamente en todo momento. No utilice el material una vez pasada la fecha de caducidad.

Información para la eliminación
Recomendación: Eliminación conforme a las normativas vigentes. No desechar el contenido ni los envases con restos de producto en la basura doméstica ni el alcantarillado. Lista europea de residuos: 180106 Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

Reclamaciones
Indique el número de lote (LOT) y número de artículo (REF) en toda la correspondencia acerca del producto. El número de artículo REF y número de lote LOT o UDI: véase la nota en el envase.

Las hojas de datos de seguridad y la información adicional están disponibles en nuestro sitio web
www.kulzer.com

® = marca registrada de la empresa Kulzer GmbH

Revisión: 2023-12

Explanation of symbols on labelling

REF	Reorder no.
	Manufacturer
LOT	Batch code
	Use-by date
	Date of manufacture
	Consult instructions for use
	Storage temperature
	Keep away from sunlight

DepoDent
Al servicio de su laboratorio y clínica dental

CONTACTO
ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
depodent.es

OFICINAS COMERCIALES
Castellón
Tarragona

Distribución en todo el territorio nacional

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
Cataluña y Aragón
Centro peninsular
Norte peninsular
Levante y Baleares
Andalucía y Extremadura