KULZER

VIVIDA

HYDROGEN PEROXIDE SUPERIOR
HPS
TECHNOLOGY

SHADE CORRECTION

25 % HYDROGEN PEROXIDE SUPERIOR

INSTRUCTIONS FOR USE

ES Instrucciones de uso

MD CE

Kulzer Vivida Office Shade Correction

Producto de recuperación de tonalidad de uso profesional

DESCRIPCIÓN

El gel del Kulzer Vivida Office Shade Correction utiliza oxígeno reactivo añadido en forma de peróxido de hidrógeno encapsulado estabilizado. En contacto con la decoloración del esmalte, el peróxido de hidrógeno se descompone rápidamente en forma de radicales de oxígeno y agua. Durante este proceso, los radicales libres atacan los dobles enlaces de carbono que originan la mayoría de las coloraciones (manchas) de los dientes.

INDICACIONES

Kulzer Vivida Office Shade Correction es un producto para utilizar en el consultorio sencillo y de un solo uso destinado a corregir el tono de dientes vitales y no vitales en tan solo de 30 a 45 minutos.

CONTRAINDICACIONES

Se recomienda consultar con un médico en los casos siguientes:

- Mujeres embarazadas y en período de lactancia.
- Pacientes que actualmente reciban tratamiento para alguna enfermedad grave.
- Pacientes menores de 18 años de edad.

CONTENIDO

- 3x de 2ml Kulzer Vivida Office Pen (Office Starter Pack)
- 12x de 2ml Kulzer Vivida Office Pen (Office Pen Refill)

PRINCIPIO ACTIVO

- 25 % de peróxido de hidrógeno

COMPOSICIÓN

- PEG, agua, peróxido de hidrógeno, poloxámero, alcohol t-butílico, ácido etidrónico, aceite de menta, EDTA, estannato de sodio

PROCEDIMIENTO CLÍNICO

Tratamiento previo

- Revise la salud dental actual y defina expectativas realistas acerca de los resultados finales del tratamiento.
- El proceso de blanqueamiento puede decolorar las restauraciones provisionales o temporales, mientras que no afecta a los materiales a base de composites o policarbonato.
- Puede ser necesario sustituir las restauraciones a base de composite, puesto que solo se blanquearán los dientes naturales.
- En el caso de restauraciones estéticas o adhesivas, espere dos semanas después del último tratamiento de blanqueamiento para dejar que se estabilice el color.
- Todas las restauraciones deben estar intactas o bien selladas con materiales temporales adecuados.
- Se recomienda utilizar un producto para reducir la sensibilidad (como Kulzer Vivida Tooth Conditioner) durante las dos semanas anteriores y las dos semanas posteriores al tratamiento de blanqueamiento.
- Determine la tonalidad inicial de los dientes con una foto.
- Pula los dientes con ángulo dental y pasta para profilaxis para eliminar la placa.

Procedimiento de la barrera

- Inserte un retractor de mejillas y seque la encía con aire.
- Aplicar la barrera gingival Kulzer Vivida sobre el tejido gingival a lo largo de los márgenes del diente según las instrucciones de uso de la barrera gingival Kulzer Vivida Gingiva Barrier.

Procedimiento de corrección

- Aplique una capa fina de gel con el sobre los dientes.
- Utilice como referencia las líneas de dosificación indicadas en el lápiz.
- Al cabo de diez a quince minutos, elimine el gel mediante succión.
- Repita los pasos de la aplicación y la eliminación dos o tres veces.
- Enjuague los dientes con agua y succión.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Determine la tonalidad final de los dientes con una foto.
- Aconseje al paciente que utilice un agente para reducir la sensibilidad (como Kulzer Vivida Tooth Conditioner) como mínimo durante dos semanas después del tratamiento.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Si el gel entra en contacto con la encía, puede provocar una irritación grave del tejido blando.
- Si advierte que el gel ha tocado la encía, elimínelo de inmediato de la encía mediante succión.

- Durante el tratamiento se puede producir un aumento de la sensibilidad de los dientes al frío o una sensibilidad inespecífica en los dientes, las encías, la lengua, los labios o la garganta. Por lo general, los síntomas deben desaparecer en unos pocos días después del tratamiento. Es posible realizar el tratamiento mediante aplicaciones más breves y menos frecuentes hasta lograr el efecto de blanqueamiento deseado. Si las molestias persisten, suspenda el tratamiento.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN

- Deseche el dispositivo conforme a las normativas vigentes sobre residuos.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- En caso de ingestión del gel, beba agua inmediatamente, no induzca el vómito y póngase en contacto con un médico.
- Si el gel entra en contacto con los ojos, separe los párpados, enjuague el ojo continuamente con agua corriente durante al menos quince minutos y póngase en contacto con un médico.
- Si el gel entra en contacto con la ropa, la piel o el cabello, quítese la ropa contaminada y enjuague la piel o el cabello con agua corriente.
- Contiene peróxido de hidrógeno.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Guardar en un lugar fresco y seco (sin congelación) y protegido de la luz directa del sol.
- No utilice el material una vez pasada la fecha de caducidad.

Fabricado en los Países Bajos

See here for all caution information and instructions for use in all languages.

Explanation of symbols on labelling

MD	Medical Device
REF	Reorder no.
	Manufacturer
	Distributor
LOT	Batch code
	Use-by date
	Storage temperature
	Keep away from sunlight
	Keep dry

CE

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
(The Netherlands)

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)
Kulzer.com

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

© 2025 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.