004 1562R058R

ESPAÑOL **MODO DE EMPLEO** **ES**

K-ETCHANT Syringe



I. INTRODUCCIÓN

K-ETCHANT Syringe es un gel grabador que consiste en un 35 % de solución acuosa de ácido fosfórico y silicio coloidal. Permite una colocación precisa y selectiva gracias a su consistencia fluida , que no líquida. El beneficio clínico general de este producto es restaurar la función dental para las siguientes INDICACIONES PARA EL USO.

II. INDICACIONES PARA EL USO

1. Grabado de esmalte y dentina
2. Limpieza de materiales para restauraciones dentarias

III. CONTRAINDICACIONES ⚠

Pacientes con un historial de hipersensibilidad a este producto

IV. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS ⚠

K-ETCHANT Syringe puede causar inflamación o erosión con su consiguiente irritación.

V. PRECAUCIONES ⚠

1. Precauciones de seguridad

1. El producto puede causar inflamación o erosión con su consiguiente irritación. Sea precavido impidiendo que el producto entre en contacto con la piel o penetre en el ojo. Antes de utilizar el producto, cubrir los ojos del paciente con una toalla para protegerlos en el caso de salpicadura del material.
2. Adoptar las siguientes medidas si el producto entra en contacto con los tejidos humanos:
   <Si el producto entra en el ojo>
   Enjuagar inmediatamente el ojo con abundante agua y consultar a un médico.
   <Si el producto entra en contacto con la piel o con la mucosa oral>
   Enjuague de inmediato con abundante agua.
3. Este producto contiene sustancias que pueden originar reacciones alérgicas.Evite el uso del producto en pacientes con alergias conocidas a cualesquiera de los componentes del producto.
4. Si el paciente presenta alguna reacción de hipersensibilidad, tal como erupción, eccema, inflamación, úlcera, hinchazón, picor o entumecimiento, interrumpir el uso del producto y consultar a un médico.
5. Póngase guantes o tome las medidas de protección adecuadas para evitar la aparición de inflamación, erosión o hipersensibilidad que puede resultar del contacto con los componentes del producto.
6. Evite que el paciente ingiera accidentalmente el producto.
7. La punta de la aguja es una punta de un único uso. No la reutilice, a fin de evitar una contaminación cruzada. Deséchela tras su uso.
8. Si los instrumentos de este producto están defectuosos, tenga cuidado de no hacerse daño y deje de utilizarlos inmediatamente.
9. Si el producto se adhiere a la ropa, lávelo con agua.
10. Elimine este producto como residuo médico para prevenir infecciones. La punta de la aguja debe cubrirse antes de desecharla para evitar lesiones.

2. Precauciones de uso y manipulación

1. No debe utilizarse el producto para ningún fin distinto de los especificados en [II. INDICACIONES PARA EL USO].
2. El uso de este producto está limitado a los profesionales dentales.
3. Utilice un dique de goma para el control de la humedad si es necesario.
4. Retire de la jeringa la punta de la aguja tras cada uso y vuelva a enroscar el tapón de la jeringa bien apretado.
5. No mezcle el producto con ningún otro material dental.

3. Precauciones de almacenamiento

1. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.
2. El producto debe ser almacenado a 2 - 25°C/ 36 - 77°F cuando no lo utilice.
3. El producto debe mantenerse alejado del calor extremo o de la luz directa del sol.
4. El producto debe ser almacenado en lugares adecuados a los que sólo tengan acceso los profesionales dentales.

VI. COMPONENTES

Por favor, vea el exterior del envase para conocer el contenido y la cantidad.

1) Agente grabador
   Ingredientes principales:
   - Ácido fosfórico
   - Agua
   - Silicio coloidal
   - Pigmento

2) Accesorio
   - Needle tip (E) (Punta de la aguja (E))

VII. PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS

1. Preparación de la jeringa

1-1. Desenrosque el tapón de la jeringa y coloque la punta de la aguja girándola en el sentido de las agujas del reloj. Cubra toda la jeringa con una barrera desechable (por ejemplo, una bolsa de plástico) para impedir la contaminación por saliva y sangre. Desinfecte la jeringa con un trozo de gasa absorbente humedecida con alcohol tanto antes de cubrirla como después del uso.

1-2. Dispense una pequeña cantidad de gel sobre un algodón o una gasa y asegúrese de que se dispensa adecuadamente.

2. Pretratamiento de la zona adherente

Pretrate la zona adherente según las instrucciones de uso del sistema adhesivo que vaya a utilizarse en conjunto.

3. Aplicación del gel

Dispense el gel lentamente y aplíquelo a la superficie adherente. Sigalas instrucciones de uso del sistema adhesivo que utilice para confirmar el tiempo de grabado apropiado. El tiempo de grabado estándar de este producto es de 5 a 10 segundos.

4. Enjuagar y secar

Tras el tiempo predeterminado, enjuague concienzudamente y seque de la forma habitual.

5. Aplicación del adhesivo dental

Proceda con el trabajo utilizando el sistema adhesivo de acuerdo con las instrucciones de uso específicas del fabricante.

[PRECAUCIÓN]

- En función de las condiciones de grabado, siga las instrucciones de uso del sistema adhesivo que se utilice.
- Evite cualquier contaminación de la superficie de diente grabada con saliva etc. Si esto ocurriera, repita el grabado, enjuague y seque.

[GARANTÍA]

Kuraray Noritake Dental Inc. sustituirá cualquier producto que resulte defectuoso. Kuraray Noritake Dental Inc. no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño, directo, indirecto, resultante o especial, derivado de la aplicación o el uso o la incapacidad para utilizar estos productos. Antes de la utilización, el usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y el usuario asume todo riesgo y responsabilidad en relación con esto.

[NOTA]

Si se produce un incidente grave atribuible a este producto, informe al representante autorizado del fabricante indicado más abajo y a las autoridades reguladoras del país de residencia del usuario o paciente.

---

004 1562R058R-ES 08/2023