Racestyptine Solution

es

Composición
Etanol, cloruro de aluminio hexahidrato, agua purificada, sulfato de 8-hidroxiquinolina monohidrato.

Uso previsto
Retracción gingival.

Beneficio clínico
- Permite obtener una impresión precisa para elaborar una prótesis final adaptada.
- Permite restauraciones subgingivales.

Población prevista
Para mayores de 11 años.

Indicación
Retracción gingival en combinación con un cordón y secado de surco/hemostasia antes de la toma de impresión y las restauraciones subgingivales.

Contraindicación
Hipersensibilidad a uno o más componentes.
Enfermedad periodontal.

Características de rendimiento

Rendimiento técnico / especificaciones
Estíptico: provoca la retracción gingival después de 3 minutos.

Rendimiento clínico
- Permite el acceso al margen subgingival por retracción gingival.
- Disminuir el sangrado y el flujo de líquidos creviculares (secado del surco gingival).

Vida útil esperada
No procede

Instrucciones de uso
1. Abra el frasco y vierta una cantidad de solución en un vaso. Cierre el frasco.
2. Impregne un cordón de retracción gingival no medicado en la solución hasta su saturación.
3. Introduzca el cordón de retracción gingival en el surco.
4. Deje el cordón colocado de 3 a 5 minutos.
5. Retírelo y deséchelo. Asegúrese de que no quede ningún fragmento en el surco gingival.

PRECAUCIÓN: Lave bien el lugar de aplicación para evitar irritaciones.

6. Seque suavemente con una jeringa de aire.
7. Tome la impresión o efectúe las restauraciones subgingivales necesarias.

Advertencias y precauciones de uso

Precauciones de uso
No se debe usar para la sobreimpregnación de un cordón medicado.
Cierre rápidamente el frasco después de usarlo.
Una vez abierto, utilice el frasco en los 6 meses siguientes.
La solución Racestyptine puede causar irritación ocular y quemaduras en la piel. No utilizar sin el equipo de protección individual adecuado.

Advertencias
Líquido y vapor inflamables.
Deseche la solución restante en el vaso después de cada uso para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Efectos secundarios
Posible hipersensibilidad a alguno de los componentes de Racestyptine Solution.
Sensación de escozor.
Informe sobre cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo a Septodont (vigilance@septodont.com) y a las autoridades locales competentes en materia de dispositivos médicos.

Almacenamiento
Conservar entre 5 y 30 °C.

Eliminación
No hay recomendaciones específicas para la eliminación de Racestyptine Solution.

Presentación
13 ml de solución de color amarillo claro en un frasco.

Símbolos

6M Periodo de validez después de abrir el envase

Solo para uso profesional dental.