OpalDam™ / OpalDam™ Verde Barrera de resina gingival

ES

Descripción del producto

OpalDam™ y OpalDam™ Green son resinas exclusivas fotopolimerizables, reflectoras de luz y pasivamente adhesivas (sellantes). El diseño de la base de metacrilato tiene la fuerza adecuada para mantener una barrera y, al mismo tiempo, retirarse fácilmente de espacios abiertos y zonas retentivas. El color verde de contraste de OpalDam Green muestra su ubicación en las encías y los dientes para una cobertura más efectiva. Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información SDS antes de su uso.

Forma(s) de suministro

- Jeringa de 1.2 ml
- Punta de administración
  - Punta Micro de 20 Ga
  - Punta Mini™ negra

Indicaciones de uso/Fin previsto

OpalDam y OpalDam Verde son resinas fotopolimerizadas, adhesivas pasivas (de sellado), únicas, que reflejan la luz. Su base de metacrilato está diseñada para adecuar la fuerza a fin de mantener una barrera mientras que, al mismo tiempo, es fácil de remover de aberturas y cortes. El color verde contrastante de OpalDam Verde muestra su ubicación en la encía y los dientes para una cobertura más efectiva.

Contraindicaciones

No usar la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green en pacientes con sensibilidad conocida a los metacrilatos u otras resinas. Para pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

1) Las resinas pueden ser sensibilizantes. Si se desarrolla dermatitis, sarpullido o cualquier otra reacción alérgica, lave el área con mucha agua y remita al paciente a su médico.
2) Tenga cuidado al usar la barrera de resina OpalDam para el aislamiento en pacientes con mucositis grave o enfermedad autoinmune subepidérmica que se manifieste en la cavidad oral. Prefiera un dique de goma en vez de una barrera de resina.
3) Si aparecen burbujas en el margen gingival de la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green, vuelva a aplicar en ese área.
4) Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso y use una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como desechable.
5) Las puntas son de un solo uso.
6) Cuando polimerice resinas en tejidos blandos, aplique un movimiento de escaneo para evitar una irritación por calor con la fotopolimerización.

Instrucciones paso a paso

Preparación

1) Retire la tapa Luer Lock y coloque firmemente la punta recomendada en la jeringa de la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green.
2) Verifique el flujo antes de aplicar cualquier producto intraoralmente. Si encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar.
3) Enjuague y seque completamente los dientes y la encía donde se aplicará la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green.

Uso

1) Aplique la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green a aproximadamente de 5 a 10 mm de altura y superponga alrededor de 2 a 3 mm sobre el esmalte. Extienda la resina un poco más con respecto al último diente que se tratará y sobre los espacios abiertos para proteger la papila interdental y el tejido gingival de la lengua. Los botones de resina que se extienden a través de los espacios gingivales agregan retención a la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green.
2) Al proteger una arcada complete completo, fotopolimerice la barrera de resina en modo estándar aplicando un movimiento de escaneo durante 20 segundos y manteniendo la lente aproximadamente a 1 cm de la barrera y el tejido. Con un instrumento dental, revise cuidadosamente la resina para polimerizar por completo. Si no se usa en el arco completo, escanee la barrera durante aproximadamente de 3 a 5 segundos por diente.

Limpieza

1) Después del tratamiento, levante la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green de la superficie deslizando suavemente un instrumento dental entre el dique y el tejido. Todas las piezas, o piezas grandes, se levantarán al mismo tiempo.
2) Retire la barrera de resina OpalDam/OpalDam Green en el espacio interproximal con el explorador o hilo dental. Enjuague bien la boca.

Procesamiento

Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso y use una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como desechable.

Almacenamiento y eliminación

Almacene el producto de acuerdo con la etiqueta exterior del paquete.Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales

Información Variada

Informe cualquier incidencia grave al fabricante y a la autoridad competente.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200