Opalescence™ Boost™ 40%
Sistema de blanqueamiento dental en consultorio **ES**

Descripción del producto
El blanqueamiento Opalescence Quick 40 % PF es solo para uso en el consultorio. La jeringa de mezcla de 2 cilindros asegura la máxima fuerza para cada aplicación y la dosificación precisa del activador. Un cilindro contiene un activador químico cítrico, que se combina con un segundo cilindro que contiene peróxido de hidrógeno.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información SDS antes de su uso.

Métodos de administración
- Jeringa de administración de 1.2 ml
- Sugerencia de entrega recomendada
  ° Punta negra Mini™

Indicaciones de uso/Propósito previsto
El blanqueamiento Opalescence Quick 40 % PF es solo para uso médico en el consultorio. Es aplicado por el profesional dental para blanquear uno o más dientes. El blanqueamiento en consultorio Opalescence Boost también se usa en dientes desvitalizados, incluido el blanqueamiento interno en consultorio. El blanqueamiento Opalescence Boost en consultorio proporciona un método alternativo y conservador (en comparación con coronas, carillas, etcétera) para tratar dientes oscuros y descoloridos por factores predisponentes como enfermedades, lesiones traumáticas o iatrogénicas, influencias congénitas, sistémicas, metabólicas o farmacológicas. Estas pueden incluir, entre otros, bilirrubina elevada, tinciones por tetraciclina o por minociclina en adultos,, porfiria, eritroblastosis fetal y consumo elevado de flúor durante el desarrollo de los dientes.

Contraindicaciones
- Las mujeres embarazadas o que están amamantando no deben usar productos para blanquear los dientes.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
- Use solo las puntas recomendadas.
- Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías o el flujo salival.
- Para pacientes con sensibilidad dental conocida, se recomienda el tratamiento preoperatorio y postoperatorio con gel desensibilizante UltraEZ™, pasta dental blanqueadora para el alivio de la sensibilidad Opalescence™ o barniz de fluoruro Enamelast™.
- Algunos pacientes pueden experimentar molestias temporales en las encías, los labios, la garganta, la lengua o los dientes. Si cualquiera de estos síntomas persiste o empeora después de suspender el uso, o en casos de molestias graves, llame a su profesional dental.
- Si se ingiere el producto, beba grandes cantidades de agua y comuníquese con un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica de inmediato.
- Informe a los pacientes que los materiales de restauración no se blanquearán, recomendamos blanquear los dientes oscuros antes de la colocación de la restauración.
- Espere, por lo menos, de 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.
- Los pacientes con problemas de salud graves deben consultar a su doctor de cabecera antes del tratamiento.
- Evite el contacto con los ojos. Si el producto entra en contacto con ellos, enjuáguelos de inmediato.
- Para evitar una irritación adicional, se debe evaluar la salud bucal general y de las encías antes de iniciar el tratamiento.
- No se recomienda grabar el esmalte ni pulir la pasta profiláctica antes de un procedimiento de blanqueamiento, esto no potencia el proceso de blanqueamiento (pero puede causar sensibilidad).
- Las restauraciones deben sellarse adecuadamente y toda la dentina sensible expuesta debe cubrirse. Si existe un historial de sensibilidad, trate con la restauración adecuada o un agente de bloqueo, como un adhesivo de dentina, un agente de sellado de dentina temporal o un barniz de flúor.
- Supervise el progreso de blanqueamiento del paciente para evitar un blanqueamiento o grado de translucidez más allá del nivel deseado.
- Enjuague bien las jeringas vacías y las puntas usadas con agua antes de desecharlas para evitar incendios.
- Lleve la cubeta de tratamiento a temperatura ambiente antes de usarla.
- Los pacientes y los profesionales dentales deben usar gafas protectoras con protectores laterales al manejar este producto.
- Si el gel no está rojo después de mezclarlo, no lo use. No se mezcló correctamente.
- Si se produce sensibilidad o irritación de los tejidos blandos, indique al paciente que use un gel anestésico tópico oral o aceite de vitamina E de venta libre.
- Contiene fluoruro sódico.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1. Realice un examen bucal y trate las áreas de interés, incluyendo, entre otras, la dentina expuesta, las caries, etc. antes del tratamiento.
2. Determine y registre el tono de referencia. Use fotografías cuando esté indicado para la documentación de referencia.

Uso – Mezcla de Opalescence Boost Blanqueamiento en consultorio
1. Asegúrese de que las jeringas estén bien conectadas.
2. Presione el émbolo transparente pequeño en la jeringa transparente pequeña de en medio para romper la membrana interna y combinar el blanqueador y el activador.
3. Presione el émbolo de la jeringa roja, empujando todo el contenido hacia la jeringa transparente.
4. Presione el contenido del émbolo transparente completamente hacia atrás en la jeringa roja.
5. Para mezclar completamente el activador con el gel blanqueador, empuje los tallos de un lado a otro continuamente y mezcle 25 veces por cada lado.
6. Presione todo el gel mezclado en la jeringa roja.
7. Gire para separar las dos jeringas y coloque firmemente la punta recomendada (punta Mini negra) en la jeringa roja.
8. Verifique flujo, consistencia y que el color sea rojo antes de aplicar intraoralmente. Si encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Si el gel no es rojo, no lo use y consulte el Paso 2 en la sección "Uso: mezcla de Opalescence Boost In-Office Whitening".

NOTA:
- El blanqueamiento en el consultorio Opalescence Boost debe usarse dentro de los 10 días posteriores a la mezcla. Mantener refrigerado entre usos.
- Consulte la tarjeta de mezcla incluida.

Aislamiento: barrera de resina OpalDam™ (aislamiento recomendado)
1. Quite la tapa Luer lock de la barrera de resina OpalDam™ y coloque de forma segura la punta de administración recomendada.
2. Verifique que fluye antes de aplicar cualquier producto intraoralmente.
3. Enjuague y seque bien los dientes y las encías. Coloque el bloque de mordida Ultradent IsoBlock™ y los retractores de labios/mejillas autoportantes (o el retractor Ultradent Umbrella™) para evitar que el gel blanqueador Opalescence Boost entre en contacto con cualquier tejido blando.
4. Aplique la barrera de resina OpalDam a lo largo del margen gingival, superponiéndola aproximadamente 2–3 mm sobre el esmalte. Comience y termine un diente más allá del diente más distal que se está blanqueando. Utilice una barrera para aislar el diente/los dientes a tratar.
5. Coloque la resina a través de cualquier tronera hacia el tejido lingual para sellar completamente y cubrir la papila expuesta.
6. Utilice el espejo bucal para asegurarse de que no haya espacios que expongan la encía subyacente. Si es así, aplique resina en el espacio.
7. Fotopolimerice 20 segundos por arcada usando un movimiento de escaneo. Al aislar un solo diente, haga movimiento de "escaneo" durante 5 segundos. Verifique cuidadosamente el curado de la resina con un instrumento

Aislamiento: dique de goma (aislamiento alternativo)
1. Colocar dique de goma para aislar los dientes que se blanquean.

Uso: aplicación de Opalescence Boost 40% para blanqueamiento en consultorio
1. Aplique una capa de gel de 0,5 a 1,0 mm de espesor en la superficie labial del diente.
2. Permita que el gel permanezca en los dientes 20 minutos por aplicación, verificando periódicamente la comodidad del paciente y la succión de saliva.

NOTA: Limite el contacto con los tejidos blandos. Si se produce irritación química debido a que el tejido blando intraoral entra en contacto con el gel de peróxido, limpie inmediatamente el gel del tejido con una gasa húmeda y enjuague bien el área. El tejido debe volver a la normalidad en 20 a 30 minutos. Advertencias y precauciones
3. Succione el gel de los dientes utilizando Luer Vac y SST™ (punta de succión quirúrgica) o una punta de succión quirúrgica. Para evitar salpicaduras de gel, no use agua mientras succiona el gel. Cuando no se vea gel, enjuague ligeramente y seque al aire. Tenga cuidado de no desalojar la barrera de aislamiento o el sello de goma del dique.
4. Evalúe el cambio de tono después de cada aplicación y controle al paciente en busca de sensibilidad e irritación. Si se produce una sensibilidad persistente, suspenda su uso.
5. Repita los pasos de la sección "Aplicación de Opalescence Boost 40% para blanqueamiento en el consultorio" con no más de 3 aplicaciones si no se han logrado los resultados deseados. No superar las 3 aplicaciones por visita.
6. Vuelva a tratar según sea necesario utilizando el criterio profesional

Limpieza
1. Succione el gel de los dientes utilizando Luer Vac y SST (punta de succión quirúrgica) o una punta de succión quirúrgica. Para evitar salpicaduras de gel, no use agua mientras succiona el gel. Cuando no haya gel visible, enjuague bien y succione.
2. Si usa la barrera de resina OpalDam, deslice suavemente la punta debajo de la barrera de resina para quitar o quitar el dique de goma.

NOTAS:
- Para pacientes con sensibilidad dental conocida, se recomienda el tratamiento preoperatorio y postoperatorio con gel desensibilizante UltraEZ, pasta dental blanqueadora para el alivio de la sensibilidad Opalescence o barniz de fluoruro Enamelast. Según la gravedad de la sensibilidad, hay otras opciones de tratamiento disponibles.

Dientes tratados con endodoncia
1. Establezca las expectativas del paciente. Explique cualquier límite estético antes de continuar. Se recomiendan fotos del estado previo.
2. Verificar que los tejidos periodontales estén sanos y tratamiento endodóntico de calidad.
3. Retire todo el material de restauración y sellado radicular de la cámara pulpar coronal, 2-3 mm por debajo de la encía sana. Coloque un ionómero de vidrio convencional de 2 mm de espesor, un ionómero de vidrio modificado con resina o una resina compuesta fluida adherida para sellar el canal tratado con endodoncia. Verifique que se endurezca el material antes de continuar.
4. Siga las instrucciones de "Aislamiento" anteriores para aislar los lados labial y lingual del diente.
5. Introduzca el gel en la abertura de acceso y en la superficie labial y lingual. No selle la abertura de acceso. No lo use como blanqueador ambulatorio.
6. Deje que el gel permanezca durante 20 minutos por aplicación.
7. Succione el gel de la superficie del diente y acceda a la abertura utilizando Luer Vac y SST (punta de succión quirúrgica) o una punta de succión quirúrgica. Para evitar salpicaduras de gel, no use agua mientras succiona el gel.
8. Cuando no se vea gel, enjuague ligeramente y seque al aire. Tenga cuidado de no desalojar la barrera de aislamiento o el sello de goma del dique.
9. Evalúe el cambio de tono y repita, si es necesario.
10. Siga las instrucciones de "Limpieza" para eliminar las barreras gingivales.
11. Selle el acceso con barrera preferida en la preparación del acceso usando una bolita de algodón y dejando un grosor mínimo de 2–3 mm para la resina temporal-Temp o el material Regular UltraTemp.
12. Espere de 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar una restauración permanente, ya que los materiales blanqueadores interfieren con los agentes adhesivos

Notas:
- Si desea un blanqueamiento adicional, vuelva a programar y repita el procedimiento de blanqueamiento Opalescence Boost 40% en el consultorio anterior o use el blanqueamiento Opalescence™ Endo.
- La regresión es de esperar. Se recomienda un tratamiento de blanqueamiento de seguimiento cada 3 a 5 años.
- Si tiene alguna pregunta sobre este producto, puede encontrar información adicional en https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost

Procesamiento
Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso y use una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como desechable.

Almacenamiento y eliminación
Almacene el producto de acuerdo con la etiqueta exterior del paquete.
Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales.
- Deseche los residuos de acuerdo con las norma directrices y reglamentos locales.
- Antes de desechar las jeringas, aspire agua en la jeringa y extraiga el líquido por el desagüe. Repita un par de veces antes de desechar la jeringa. Asegúrese de que las gasas utilizadas se enjuaguen con agua.

Información misceláneа
- Las áreas con hipocalcificación (lesiones de manchas blancas), que pueden no ser visibles a simple vista, se blanquearán más rápido (por lo que se harán más evidentes durante el blanqueamiento). Continúe el tratamiento de blanqueamiento hasta el color de la superficie del diente no afectado se fusione. Vuelva a evaluar dos semanas después del tratamiento de blanqueamiento cuando el color de los dientes se haya estabilizado.
- En un pequeño porcentaje de la población, los dientes no se blanquearán de manera notable.
- Algunas obturaciones de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento.
- Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo, retoque los tratamientos de blanqueamiento dental, según sea necesario

Informe cualquier incidencia grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200