Opalescence™ Endo
Sistema de blanqueamiento de endodoncia

ES

Descripción del producto
El blanqueador Opalescence™ Endo es un gel de peróxido de hidrógeno de 35% administrado por un profesional dental especialmente formulado para la técnica médica de "blanqueo andante".
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información SDS antes de su uso.

Métodos de administración
- Jeringa de administración de 1,2 ml
- Punta de administración: Punta negra Mini™

Indicaciones de uso/Propósito previsto
Utilice el blanqueamiento Opalescence Endo para blanquear los dientes internamente descoloridos tratados con endodoncia causados por una enfermedad o tratamiento médico.

Contraindicaciones
- No indicado para uso en dientes traumatizados con riesgo de reabsorción cervical, suspender el tratamiento tras cualquier signo de reabsorción cervical existente.
- Las mujeres embarazadas o lactantes no deben usar productos para blanquear los dientes.
- No usar en pacientes con sensibilidades conocidas a los peróxidos o glicoles. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o sarpullido, pida al paciente que se comunique con su médico.
- No coloque el blanqueamiento Opalescence Endo sobre los tejidos orales. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua.
- No usar en pacientes con salud gingival deficiente.
- No usar en dientes con reabsorción inflamatoria existente.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.

Advertencias y precauciones
- Use solo las puntas recomendadas.
- Las puntas son de un solo uso.
- Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías y/o el flujo salival.
- Los pacientes y los profesionales dentales deben usar gafas protectoras con protectores laterales al manejar este producto.
- No coloque el blanqueamiento Opalescence Endo sobre los tejidos blandos orales. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua.
- Si se ingiere el producto, beba grandes cantidades de agua y contacte a un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica inmediata.
- Informe a los pacientes que los materiales de restauración no se blanquearán, recomendamos blanquear los dientes oscuros antes de la colocación de la restauración.
- Espere al menos 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.
- Evite el contacto con los ojos. Enjuague inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos.
- Para evitar la irritación adicional, se debe evaluar la salud bucal general y de las encías antes de iniciar el tratamiento.
- No se recomienda grabar las paredes internas de dentina antes de cualquier procedimiento de blanqueamiento y no potencia el proceso de blanqueamiento, pero puede aumentar el paso de oxígeno reactivo a las superficies externas.
- Lea y comprenda todas las instrucciones. Administre el régimen de tratamiento adecuado para mantener la comodidad óptima del paciente.
- Supervise el progreso de blanqueamiento del paciente para evitar un blanqueamiento o grado de translucidez más allá del nivel deseado.
- Si después de algunos intentos de blanqueamiento no se percibe cambio de color, suspenda el tratamiento.
- Debido a la apertura de acceso, la integridad del diente se ve comprometida durante este tratamiento. Aconseje al paciente en consecuencia.
- Si el paciente se queja de sensibilidad alrededor del margen cervical, vuelva a evaluar las condiciones gingivales para determinar si continúa con el tratamiento para evitar contribuir a la reabsorción cervical.
- Si el paciente se queja de dolor en el área apical, vuelva a evaluar o reemplace el material de sellado coronal (es decir, GI o compuesto).
- Algunas veces los dientes se blanquearán pero parecerán más "opacos" que los dientes circundantes. Informe al paciente de esta posibilidad.
- Los pacientes con problemas de salud graves deben consultar a su doctor de cabecera antes del tratamiento.

Instrucciones paso a paso

Preparación
1) Establezca las expectativas del paciente. Explique cualquier límite estético antes de continuar. Recomiende fotos antes del tratamiento.
2) Realice un examen bucal y trate las áreas de interés, incluso, entre otras, la dentina expuesta, las caries, etc. antes del tratamiento.
3) Retire todo el material de restauración y sellado radicular de la cámara pulpar coronal, 2-3 mm por debajo de la encía sana. Coloque un ionómero de vidrio convencional de 2 mm de espesor, un ionómero de vidrio modificado con resina o una resina compuesta fluida adherida para sellar el canal tratado con endodoncia. Verifique que se endurezca el material antes de continuar.
4) Adjunte la punta recomendada a la jeringa y verifique el flujo antes de aplicar intraoralmente. Si encuentra resistencia, reemplace la punta y vuelva a verificar. Si continúa la resistencia, NO use la jeringa y comuníquese con el Servicio al Cliente de Ultradent para obtener un reemplazo.

Uso
1) Aplique el blanqueamiento Opalescence Endo en la cámara pulpar coronal (evitando los tejidos blandos). Llene la cámara pulpar y deje un espacio de 3-5 mm para permitir la profundidad necesaria del material del empaste provisional (como la resina temporal J-Temp™ o el material temporal de cementación Regular UltraTemp™). Se puede utilizar una membrana fina de algodón o un pequeño trozo de bolita de algodón como separador entre el material temporal y el gel blanqueador. Asegúrese de colocar suavemente para no desplazar el gel blanqueador sobre los márgenes, esto comprometerá el sello provisional. Sin embargo, esto no es un requisito si se deja espacio suficiente para acomodar la temporización.
2) Verifique el espacio libre oclusal. El contacto oclusal prematuro puede comprometer la restauración provisional o provocar sensibilidad por hiperoclusión.
3) Repita el procedimiento cada 1 a 5 días hasta lograr el cambio de color deseado. O, si después de algunos intentos de blanqueamiento no se percibe cambio de color, suspenda el tratamiento.

Limpieza
1) Retire el material de restauración provisional y el material de blanqueamiento hasta el nivel del material de sellado coronal. Enjuague y limpie la abertura de acceso.
2) Selle el acceso con barrera preferida en la preparación del acceso usando una bolita de algodón y dejando un grosor mínimo de 2–3 mm para la resina temporal J-Temp o el material Regular UltraTemp.
3) Espere de 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar una restauración permanente; ya que los materiales blanqueadores interfieren con los agentes adhesivos.

Notas:
- Seleccione un compuesto para restaurar el acceso coronal que tenga una opacidad/translucidez óptica parecida a la de los dientes vecinos.
- Si tiene alguna pregunta sobre este producto, puede encontrar información adicional en https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-endo

Procesamiento

Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso y use una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como descartable.

Almacenamiento y eliminación
Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales.

Información misceláneа
- Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo, retoque los tratamientos de blanqueamiento dental, según sea necesario.

Informe cualquier incidencia grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200