Opalescence™ Quick 45 % PF

Sistema de blanqueamiento dental en consultorio

ES

Descripción del producto

El blanqueamiento Opalescence™ Quick es un sistema de blanqueamiento en el consultorio controlado y supervisado por profesionales dentales. Es un gel transparente, de alta viscosidad y pegajoso que contiene peróxido de carbamida (junto con nitrato de potasio y fluoruro de sodio) disponible en un gel equivalente al 45 % de peróxido de carbamida (equivalente al 15 % de peróxido de hidrógeno). También contiene una cantidad significativa de agua para prevenir la deshidratación dental y la recidiva del tono. Todos los productos de blanqueamiento Opalescence™ cuentan con acción de liberación sostenida y propiedades adhesivas. Todos los productos de blanqueamiento de Opalescence no contienen gluten y son kosher.

Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información SDS antes de su uso.

Métodos de administración

- Jeringa de administración de 1.2 ml
- Transparente Straight Mac

Indicaciones de uso/Propósito previsto

El blanqueamiento Opalescence Quick 45 % PF es solo para uso médico en el consultorio. El blanqueamiento Opalescence Quick 45 % PF proporciona un método alternativo y conservador (en comparación con coronas, carillas, etcétera) para tratar dientes oscuros y descoloridos por factores predisponentes como enfermedades, lesiones traumáticas o iatrogénicas, influencias congénitas, sistémicas, metabólicas o farmacológicas; estas pueden incluir, entre otros, bilirrubina elevada, tinciones de tetraciclina y minociclina adulta, porfiria, eritroblastosis fetal y consumo elevado de flúor durante el desarrollo de los dientes.

Contraindicaciones

- Las mujeres embarazadas o que están amamantando no deben usar productos para blanquear los dientes.
- Para pacientes o usuarios con problemas de alergias, consulte el documento sobre alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y pida al paciente que consulte a su médico.
- El blanqueamiento Opalescence Quick 45 % PF NO es un producto para llevar a casa.

Advertencias y precauciones

- Use solo las puntas recomendadas.
- Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías o el flujo salival.
- Evite el tratamiento si el paciente puede tragar o aspirar la cubeta.
- Para pacientes con sensibilidad dental conocida, se recomienda el tratamiento preoperatorio y postoperatorio con gel desensibilizante UltraEZ™, pasta dental blanqueadora para el alivio de la sensibilidad Opalescence™ o barniz de fluoruro Enamelast™.
- Algunos pacientes pueden experimentar molestias temporales en las encías, los labios, la garganta, la lengua o los dientes. Si cualquiera de estos síntomas persiste o empeora después de suspender el uso, o en casos de molestias graves, llame a su profesional dental.
- Evite tragar grandes cantidades de gel. Se espera la ingesta de pequeñas cantidades de gel durante el uso.
- Si se ingiere el producto, beba grandes cantidades de agua y comuníquese con un médico. Si se aspira el producto, busque atención médica de inmediato.
- Informe a los pacientes que los materiales de restauración no se blanquearán. Recomendamos blanquear los dientes oscuros antes de colocarse la restauración.
- Espere, por lo menos, de 7 a 10 días después de los procedimientos de blanqueamiento antes de colocar restauraciones adhesivas.
- Los pacientes con problemas de salud graves deben consultar a su doctor de cabecera antes del tratamiento.
- Evite el contacto con los ojos. Si el producto entra en contacto con ellos, enjuáguelos de inmediato.
- Los pacientes y los profesionales dentales deben usar gafas protectoras con protectores laterales al manejar este producto.
- Para evitar una irritación adicional, se debe evaluar la salud bucal general y de las encías antes de iniciar el tratamiento.
- Contiene fluoruro sódico.
- No se recomienda grabar el esmalte ni pulir la pasta profiláctica antes de un procedimiento de blanqueamiento y no potencia el proceso de blanqueamiento (pero puede causar sensibilidad).
- Lea y comprenda todas las instrucciones. Utilice el diseño de cubeta recomendado y administre el régimen de tratamiento adecuado para mantener una comodidad óptima para el paciente.
- Las restauraciones deben sellarse adecuadamente y toda la dentina sensible expuesta debe cubrirse. Si existe un historial de sensibilidad, trate con la restauración adecuada o un agente de bloqueo, como un adhesivo de dentina, un agente de sellado de dentina temporal o un barniz de flúor.
- Supervise el progreso de blanqueamiento del paciente para evitar un blanqueamiento o grado de translucidez más allá del nivel deseado.
- El agente blanqueador Opalescence se suministra en jeringas precargadas de 1.2 ml. El material NO debe inyectarse.
- Deseché las puntas y la jeringa de acuerdo con las normas locales.
- Si se experimenta más que una molestia gingival o dental leve (como una sensibilidad excesiva a la temperatura), retire la cubeta, interrumpa el tratamiento y programe una cita para volver a tratar en otro momento. Se puede enviar al paciente a casa con el blanqueamiento para llevar a casa Opalescence™.
- No coma, beba ni use productos que contengan tabaco mientras las cubetas de blanqueamiento estén colocadas.

Instrucciones paso a paso

Preparación

1) Realice un examen oral y trate las áreas de interés, incluida la dentina expuesta, antes del tratamiento.
2) Determine y registre el tono de referencia. Use fotografías cuando se indique para la documentación de referencia.

Uso

NOTA: Para pacientes con sensibilidad dental conocida, se recomienda el tratamiento preoperatorio y postoperatorio con gel desensibilizante UltraEZ, pasta dental blanqueadora para el alivio de la sensibilidad Opalescence o barniz de fluoruro Enamelast. Según la gravedad de la sensibilidad, hay otras opciones de tratamiento disponibles.

NOTA: Use el gel blanqueador Opalescence Quick al 45 % durante 15 a 30 minutos.

1) Fabrique la cubeta personalizada.
2) Cargue la cubeta exprimiendo una gota continua de gel aproximadamente hasta la mitad (o ligeramente más abajo) desde el borde incisal en el lado facial de la cubeta de molar a molar. No se debe usar más de 1/3 a 1/2 de una jeringa.
3) Coloque la cubeta. Pase un cepillo de dientes húmedo, un rollo de algodón o un dedo por todos los bordes de la cubeta para eliminar el gel que pueda estar en contacto con la encía.
4) Al finalizar el tiempo de tratamiento, retire la cubeta, enjuague y cepille el gel de los dientes. No trague el gel enjuagado.
5) Limpie la cubeta con un cepillo de dientes y agua después de usarla y guárdela en un recipiente limpio y seco.
6) Si se usa como tratamiento de inicio, solo se necesita una sesión.
7) Luego, se puede enviar al paciente a casa con un tratamiento de blanqueamiento para llevar a casa para un régimen nocturno de blanqueamiento en el hogar. El paciente debe esperar 24 horas después del tratamiento en el consultorio antes de comenzar el blanqueamiento en el hogar.
8) Haga un seguimiento del tratamiento del paciente. El número de días necesarios para completar el tratamiento depende del tipo y la gravedad de las manchas dentales. Por ejemplo, las manchas de tetraciclina requieren más tiempo de tratamiento que otros tipos de manchas.

NOTA: Si tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte a su profesional dental O encuentre información adicional en https://www.opalescence.com/education/faq.

Procesamiento

Para evitar la contaminación cruzada, limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre cada uso y use una funda protectora desechable. Si no se utiliza una funda protectora, la jeringa debe tratarse como descartable.

Almacenamiento y eliminación

Almacene el producto de acuerdo con la etiqueta exterior del paquete.

Deseche los residuos de acuerdo con las normas, directrices y reglamentos locales.

Información misceláneа

- Las áreas con hipocalcificación (lesiones de manchas blancas), que pueden no ser visibles a simple vista, se blanquearán más rápido (por lo que se harán más evidentes durante el blanqueamiento). Continúe el tratamiento de blanqueamiento hasta que la superficie del diente no afectado se fusione. Vuelva a evaluar dos semanas después del tratamiento de blanqueamiento cuando el color de los dientes se haya estabilizado.
- Asimismo, para un pequeño porcentaje de la población, los dientes no se blanquearán de manera notable.
- Algunos empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento. Esto es normal.
- Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo. Por lo tanto, retoque los tratamientos de blanqueamiento dental según sea necesario.

Informe cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200