


► PUNTAS INSERTOS ULTRASONIDOS

DepoDent



+250 MODELOS COMPATIBLES

¡SIEMPRE EN STOCK, ENTREGA EN 24 HORAS!

DepoDent Depósito Dental

Oficinas comerciales
Castellón -- Tarragona

ventas@depodent.es
Tel. +34 911 976 174
WhatsApp 603 588 999
<https://depodent.es>

Centros Distribución:

Territorio Nacional
Zona: Cataluña - Aragón
Zona: Centro Peninsular
Zona: Norte Peninsular
Zona: Levante - Baleares
Zona: Andalucía - Extremadura

PU

CONSUMIBLES PUNTAS / INSERTOS ULTRASONIDOS

1. **Kits** Puntas / Insertos **Especiales Endodoncia**
2. Puntas / Insertos para **ultrasonidos Endodoncia | Profilaxis / Periodoncia**
4. Puntas / Insertos **Endoactivadores**
5. Puntas / Insertos **Cirugía**
6. **Llaves y soportes** para Puntas / Insertos

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA?

 Endo

 Profilaxis

 Perio

 Tratamiento Caries


 Especial

 Cirugía

 Diamantada

 Aleación de Titanio

 Acero con baño de Nitruro de Titanio



SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ANTERIORES:

MODO X indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.

- **G:** Profilaxis
- **P:** Periodoncia
- **E:** Endodoncia

POTENCIA

- La primera cuadrícula indica que la potencia es del 0 - 30% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La segunda cuadrícula indica que la potencia es del 30% - 60% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La tercera cuadrícula indica que la potencia es del 60% - 100% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.

IRRIGACIÓN (Volumen de agua)

- La primera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 0 - 30%.
- La segunda cuadrícula indica que el volumen de agua es del 30% - 60%.
- La tercera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 60% - 100%.

COMPATIBILIDAD

- **S:** Rosca tipo S (Acteon®)
- **E:** EMS®
- **KS:** KaVo® Soniflex 2000
- **SIR:** Sirona®
- **A:** Amdent® y LM®
- **MEC:** Mectron®
- **KP1:** KaVo® PiezoluX
- **KP2:** KaVo® PiezoLED



Kit A-C Castellucci

Acabado de la cavidad de acceso

Por: **Dr. Arnaldo Castellucci**



Este kit diseñado por el Dr. Arnaldo Castellucci y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido especialmente diseñado para realizar el **acabado de las paredes de la cavidad de acceso y la localización de la entrada de los conductos**. Este kit está dirigido tanto a **endodoncistas** como a **odontólogos generales** que deseen obtener resultados superiores con un mínimo esfuerzo.

Descripción:

Punta AC1 (ED51 / E51): Acabado de las paredes de la cavidad de acceso.

Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.

Punta AC2 (ED52 / E52): Localización del canal MB2.

Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, **localiza y reubica la entrada del canal MB2**. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Punta AC3 (ED53 / E53): Eliminación de calcificaciones y postes de fibra.

Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de **postes de fibra**.

Punta AC4 (ED54 / E54): Eliminación de postes metálicos.

Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Punta AC5 (ED55 / E55): Acabado del suelo de la cámara pulpar.

Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.

Consejos generales:

- **Recomendada** su utilización con una potencia máxima de entre el 60 y 90% de la unidad ultrasónica, dependiendo de la punta.
- **Comprobar** que las roscas de la pieza de mano son correctas (EMS o tipo S).
- **Alternar los modos seco e irrigado** según sea necesario para conseguir una mayor precisión y refrigeración.

Este KIT INCLUYE:

- **AC1** (ED51 / E51)
- **AC2** (ED52 / E52)
- **AC3** (ED53 / E53)
- **AC4** (ED54 / E54)
- **AC5** (ED55 / E55)
- **Soporte 6 puntas**



Ref:	28-ACDTE	Rosca Tipo S (Acteon®)
Ref:	28-ACWP	Rosca tipo EMS®




Kit Azim

Retro-preparación

Por: **Dr. Adham Abdel Azim**

Este kit diseñado por el Dr. Azim y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, es una colección PREMIUM de puntas ultrasónicas especialmente diseñadas para lograr precisión y eficacia en los procedimientos de **endodoncia retrógrada**.

Este kit proporciona instrumentos especializados adaptados para la **cirugía apical**, la **preparación retrógrada** y un mejor acceso a las zonas anatómicas difíciles.



Descripción:

AZ1-E (ED19D / E19D).

Punta recta diseñada para crear cavidades retrógradas precisas en conductos rectos. Ideal para un corte eficaz y controlado en zonas apicales accesibles.

AZ2-E (ED20D / E20D).

Punta curva para preparaciones retrógradas en canales con ligeras curvaturas. Mejora el acceso y la visibilidad en casos anatómicamente difíciles.

AZ3-E (ED23D / E23D).

Punta cónica y angulada para preparaciones retrógradas en conductos de curvatura moderada a severa. Proporciona precisión en espacios restringidos cerca del ápice radicular.

AZ4-E (ED39D / E39D).

Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.

AZ5-E (ED40D / E40D).

Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.

AZ6-E (ED41D / E41D).

Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada. Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.

Atacador AZ 40A90 (Utilizable con Fi-P).

- Diámetro de punta: 0,4mm
- Ángulo: 90°
- Velocidad de calentado: <0,2 seg.
- Taper: 0,06
- Longitud caliente: 4mm

El calor se genera únicamente en la punta para evitar quemaduras en los tejidos blandos. Crea un margen de hasta 5 mm en la Gutapercha apical sin necesidad de eliminar dentina. Guía la inserción de la punta ultrasónica y reduce la entrada fuera de ángulo. Permite una extracción controlada de la Gutapercha, especialmente de las paredes bucales o del canal.

Aplicaciones:

- **Preparación de obturaciones retrógradas** durante cirugías apicales.
- **Limpieza y modelado de cavidades apicales** para mejorar el sellado.
- **Eliminación eficaz de tejido infectado** y restos en el ápice radicular.
- **Calentamiento y condensación de materiales de obturación** retrógrados para un sellado óptimo.

Este KIT INCLUYE:

- **AZ1-E** (ED19D / E19D)
- **AZ2-E** (ED20D / E20D)
- **AZ3-E** (ED23D / E23D)
- **AZ4-E** (ED39D / E39D)
- **AZ5-E** (ED40D / E40D)
- **AZ6-E** (ED41D / E41D)
- **Atacador AZ 40A90** (Utilizable con Fi-P)
- **Soporte 6 puntas**



Ref.: **28-AZIMDTE** Rosca Tipo S (Acteon®)

Ref.: **28-AZIMWP** Rosca tipo EMS®




Kit BFRT

Eliminación de instrumentos rotos

Por: **Dr. Yoshi Terauchi**

Este kit diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado específicamente para facilitar la **ampliación del canal** y la **extracción de instrumentos rotos** durante los procedimientos endodónticos. Este kit ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar cada una de sus puntas durante las distintas etapas del proceso, garantizando la máxima eficiencia y seguridad.



Descripción:

1- Ampliación del canal hasta el instrumento roto y abocardado del canal.

Utilizar una fresa Gates Glidden n.º 3 para ampliar el canal hasta el instrumento roto y cepillarla contra la pared exterior para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea inferior a 15 grados.

Utilizar una lima NiTi cónica n.º 60/02 para ampliar el canal hasta el instrumento roto y cepillarla contra la pared externa para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea superior a 15 grados.

2- Puntas Katana-H (ED88 / E88) y Katana-V (ED89 / E89):

Crea un espacio semicircular de 90 grados.

Estas puntas están ideadas para crear un espacio fino entre la pared interna y el instrumento roto, utilizando la superficie plana sobre el instrumento roto desde la pared interior, y activando los ultrasonidos al colocarlas en el espacio. La profundidad del espacio debe ser al menos un tercio de la longitud del instrumento roto. Si la curvatura es superior a 30 grados, es recomendable colocar una gota de aceite de silicona de calidad médica en el canal para facilitar la lubricación y el alojamiento del instrumento roto. La profundidad del espacio en esta condición debe ser al menos la mitad de la longitud del instrumento roto.

3- Punta TFRK-S (ED87 / E87):

Amplía el espacio periférico de 90 grados hasta 180 grados.

Utilizada para ampliar el espacio semicircular de 90 grados a 180 grados hasta que el instrumento roto "baila" (moviéndose del espacio original a otro) bajo magnificación. En la práctica clínica, la punta se debe utilizar con movimientos de picoteo y pulsación. Se aconseja no presionarla contra el canal y activar los ultrasonidos para evitar su rotura debido a la fatiga cíclica. Para ampliar el espacio lateral, la punta debe ser utilizada con un movimiento de arriba / abajo para cortar dentina, no lateralmente.

4- Una vez finalizada la preparación, la punta de ultrasonidos TFRK-S (ED87 / E87) empleada cuando se hizo "bailar" el instrumento roto, debe ser utilizada para realizar intentos de extracción por ultrasonidos.

Para lograr la extracción del instrumento roto, se debe colocar la punta ultrasónica en el espacio creado en la pared interna y activar los ultrasonidos en un corto vertical dentro del espacio previamente preparado. Si la curvatura del canal es de 30 grados o inferior a 30 grados, se debe rellenar el canal con EDTA al 17%, o si la curvatura del canal es superior a 30 grados debe emplearse aceite vegetal (Ej.: aceite de soja).

Este KIT INCLUYE:

- TFRK-S (ED87 / E87)
- Katana-H (ED88 / E88)
- Katana-V (ED89 / E89)
- Llave
- Soporte 6 puntas



ED87
E87



ED88
E88



ED89
E89

Ref.: 28-BFRTDTE Rosca Tipo S (Acteon®)

Ref.: 28-BFRTWP Rosca tipo EMS®



Kit Talal

Puntas ultrasonidos para endodoncia

Por: **Dr. Talal Al Nahlawi**

Este kit diseñado por el Dr. Talal y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado para dar la solución definitiva a los procedimientos endodónticos más complejos y desafiantes, permitiendo que los dentistas realicen una **limpieza y conformación detallada de los conductos radiculares**, mejorando la eficiencia y los resultados de los tratamientos.



Descripción:

Punta TD1 (ED1 / E1).

Eliminación de calcificaciones y cementos, exposición y extracción de limas rotas.

Punta TD2 (ED62 / E62).

Facilita la irrigación activa y la activación de la irrigación, esenciales para la desinfección eficaz del conducto radicular.

Punta TD3 (ED18 / E18).

Apertura de acceso y refinamiento, detección de orificios del canal y eliminación de calcificaciones.

Punta TD4 (ED12D / E12D).

Eliminación de piedras de pulpa y materiales acumulados en la base de la cámara pulpar.

Punta TD5 (ED15D / E15D).

Eliminación de postes de fibra (coronalmente) y eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del canal.

Punta TD6 (ED6 / E6).

Eliminación de limas rotas y postes de fibra localizados en zonas apicales.

Este KIT INCLUYE:

- TD1 (ED1 / E1)
- TD2 (ED62 / E62)
- TD3 (ED18 / E18)
- TD4 (ED12D / E12D)
- TD5 (ED15D / E15D)
- TD6 (ED6 / E6)
- 6 Limas ultrasónicas con punta de 0,3 mm y conicidad de 2%
- Llave plana
- Soporte 6 puntas



Ref.: **28-TALALDTE** Rosca Tipo S (Acteon®)

Ref.: **28-TALALWP** Rosca tipo EMS®

ULTRASONIDOS DTE® D600, S6, D5, D7 Y OTROS

Rosca tipo S

Compatible Satelec® (Acteon®)

DTE®

GD1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

**28-GD1
28-5GD1**




GD1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GD1T





GD2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GD2





GD2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GD2T




GD3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes,
incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-GD3




GD4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4



GD4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4T




GD5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD5




GD6 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-GD6





GD7 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.

Ref.:
28-GD7



GD8 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de postes. Alta eficacia ultrasónica para la extracción de las piezas protésicas de difícil extracción.

Ref.:
28-GD8



GD10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-GD10



GD10T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:
28-GD10T





GD12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales



Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-GD12





PD1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1





PD1T | Perio, recubrimiento Titanio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1T





PD2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:
28-PD2L





PD2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:

28-PD2R




PD3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3





PD3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas



Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:

28-PD3D





PD3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3T





PD4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4





PD4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4T





PD5 | Perio



Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:

28-PD5




PD6 | Perio, bolsas periodontales profundas



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD6





PD7 | Perio, depósitos subgingivales



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-PD7





PD10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:

28-PD10





PD12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:

28-PD12



PD18 | Perio, especial sarro bolsas periodontales


NUEVO



Punta ultrasonidos diseñada para la exploración del cálculo en las bolsas periodontales profundas y el enjuague subgingival tras la limpieza supragingival

Ref.:

28-PD18




NUEVO

PD21L | Perio, angulada a la izquierda, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.

Ref.:
28-PD21L




NUEVO

PD21R | Perio, angulada a la derecha, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.

Ref.:
28-PD21R





PD40 | Perio implantes, Endochuck



Endochuck / adaptador para sujetar las puntas de mantenimiento de implantes PD41, PD42, PD43L y PD43R para limpiar y mantener el implante.

Ref.:
28-PD40




PD41 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival. **Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.**

Ref.:
28-PD41




PD42 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival. **Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.**

Ref.:
28-PD42




PD43L | Perio implantes, izquierda



Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal. **Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.**

Ref.:
28-PD43L



PD43R | Perio implantes, derecha




Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.

Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.

Ref.:

28-PD43R



PD90 | Perio implantes



Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta. Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental. Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.

Ref.:

28-PD90



sICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-sICP

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Set puntas PEEK, 10 uds.

Ref.:

44-ICPpeek

ED1 (TD1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)





Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED1





ED2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en molares.

Ref.:

28-ED2



NiTi #15 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK (E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU15

NiTi #20 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU20

NiTi #25 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU25

NiTi #30 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU30

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU35



ED3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha



Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active
el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-ED3




ED3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así la extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-ED3D







Ref.:

28-ED4




Ref.:

28-ED4D





Ref.:

28-ED5





Ref.:

28-ED5D





Ref.:

28-ED6



Ref.:

28-ED7





ED10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-ED10



ED10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ED10D





ED11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.

Ref.:

28-ED11





ED11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.

Ref.:

28-ED11D



ED12D (TD4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED12D





ED14 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED14




ED14D | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-ED14D




ED15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED15



ED15D (TD5) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm.

Incluida en Endo Kit Talai.

Ref.:

28-ED15D



ED16 | Endodoncia



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte. El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar.

Ref.:

28-ED16



ED18 (TD3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte. El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. **Incluida en Endo Kit Azim.**

Ref.:

28-ED18




ED19D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para raíces anteriores orientadas hacia la cara bucal



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retro-preparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30um. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10. **Incluida en Endo Kit Azim.**

Ref.:


28-ED19D




ED20D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para raíces anteriores orientadas hacia la cara bucal, con alcance ampliado



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.




Ref.:
28-ED20D



ED21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la izquierda



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la izquierda.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.




Ref.:
28-ED21LD



ED21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la derecha



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la derecha.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.




Ref.:
28-ED21RD



ED23D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación profunda para anomalías complejas del canal bucal



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.




Ref.:
28-ED23D




ED24D | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 5mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.



Ref.:
28-ED24D




ED39D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para canales orientados hacia la cara lingual / palatina



Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Cuenta con una punta fina diseñada para una preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED39D






ED40D | Endodoncia, diamantada, para raíces linguales / palatinas con ápices más profundos



Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado. El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.

Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED40D



ED41D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación profunda en canales posteriores o linguales complejos




Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Y cuenta con una punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada, permitiendo tratar casos complejos con facilidad.

El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm.

Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10..

Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED41D



ED51 (AC1) | Endodoncia, acabado de las paredes de la cavidad de acceso



Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.

Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED51

ED52 (AC2) | Endodoncia, localización del canal MB2



Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, localiza y reubica la entrada del canal MB2. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED52

ED53 (AC3) | Endodoncia, eliminación de calcificaciones y postes de fibra



Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de postes de fibra.

Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED53

ED54 (AC4) | Endodoncia, eliminación de postes metálicos



Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED54

ED55 (AC5) | Endodoncia, acabado del suelo de la cámara pulpar



Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-ED55



ED60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:

28-ED60





ED62 (TD6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Ø 0,3mm; taper: 0%; largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-ED62



ED87 (TFRK-S) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi. ED87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.


Utilización:

- 1.- Extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" el instrumento roto tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.
- 2.- Eliminar lima rota.
- 3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.

Ref.:

28-ED87



ED88 (Katana-V) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos




Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi. ED88 o **Katana-V**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89). Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.

Ref.:

28-ED88



ED89 (Katana-H) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi. ED89 o **Katana-H**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89). Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.



Ref.:

28-ED89



MODO: **E**

POTENCIA



GD20 | Tallado hombro

Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.



Ref.:

28-GD20



MODO: **G**

POTENCIA



GD21 | Tallado hombro

Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina. Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.



Ref.:

28-GD21



MODO: **G**

POTENCIA



GD30 | Tallado de fosas y fisuras

Punta diamantada (90µm) para la preparación entre pozos y fisuras.



Ref.:

28-GD30



MODO: **G**

POTENCIA



GD31 | Tallado hombro especial cavidad mesial

Punta diamantada (90µm) para la preparación de la cavidad mesial.



Ref.:

28-GD31



MODO: **G**

POTENCIA



GD32 | Tallado hombro especial cavidad distal

Punta diamantada (90µm) para la preparación de la cavidad distal.



Ref.:

28-GD32



MODO: **G**

POTENCIA





SBD1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello



Punta diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque la punta en la fosa y desplácela lentamente ejerciendo una ligera presión.

Ref.:

28-SBD1




SBD2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial



Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar la caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SBD2




SBD3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SBD3




ED8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en dientes anteriores. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED8





ED9 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en molares. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED9



ULTRASONIDOS WOODPECKER® U600, UDS-E, UDS-P Y OTROS

Compatible EMS®



G1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G1
28-5G1




G1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G1T





G2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G2





G2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G2T




G3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:
28-G3



G4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4



G4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4T




G5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G5




G6 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G6





G7 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.

Ref.:
28-G7





G10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-G10




NUEVO

G12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales



Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G12




P1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-P1




P1T | Perio, recubrimiento Titanio



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-P1T




P2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:
28-P2L





P2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:
28-P2R





P3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3



P3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas



Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:
28-P3D




P3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3T




P3L | Perio, angulada a la izquierda bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3L




P3R | Perio, angulada a la derecha bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3R





P4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular.

Ref.:
28-P4





P4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular



Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular. No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:
28-P4D




P4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-P4T





P5 | Perio



Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello.

Ref.:

28-P5




P6 | Perio, bolsas periodontales profundas



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-P6




P7 | Perio, depósitos subgingivales



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-P7




P8 | Perio, bolsa periodontal poco profunda



Para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja. Punta plana y ancha, que se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.:

28-P8





P10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:

28-P10





P12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:

28-P12





P14L | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior. Curvada hacia la izquierda.

Ref.:

28-P14L





P14R | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior. Curvada hacia la derecha.

Ref.:

28-P14R





P18 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Punta ultrasonidos diseñada para la exploración del cálculo en las bolsas periodontales profundas y el enjuague subgingival tras la limpieza supragingival.

Ref.:

28-P18




P20 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en los dientes adyacentes, margen gingival del cuello y el cálculo en los primeros 3mm de la bolsa subgingival.

Ref.:

28-P20




P21L | Perio, angulada a la izquierda, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.

Ref.:

28-P21L



NUEVO

NUEVO



NUEVO

P21R | Perio, angulada a la derecha, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.

Ref.:
28-P21R




P22L | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales. Curvada hacia la izquierda.

Ref.:
28-P22L




P22R | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales. Curvada hacia la derecha.

Ref.:
28-P22R




P90 | Perio implantes



Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta. Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental. Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.

Ref.:
28-P90





P94 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:
28-P94





P95 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:
28-P95



eICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:
44-eICP

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Set puntas PEEK, 10 uds.



Ref.:
44-ICPpeek

E1 (T1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:
28-E1





E2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:
28-E2



NiTi #15 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU15


NiTi #20 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU20

NiTi #25 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)


Ref.:
28-NITIU25

Ni²⁺

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

28-NITIU30

Ni




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)


28-NITIU35




Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active
el ultrasónico para condensar hasta llenar el conducto.



28-E3




Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así la extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.




28-E3D




Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.




28-E4



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.



28-E4D





E5 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-E5





E5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.:

28-E5D





E6 (T6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas



Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E6





E10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-E10





E11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.

Ref.:

28-E11





E11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.

Ref.:

28-E11D




E12D (T4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E12D




E14 | Endodoncia especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-E14





E14D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-E14D





E15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-E15





E15D (T5) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm. Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E15D




E18 (T3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte. El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-E18




E21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares. Doblada hacia la izquierda. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21LD




E21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales posteriores. Doblada hacia la derecha. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21RD



E51 (AC1) | Endodoncia, acabado de las paredes de la cavidad de acceso

NUEVO



Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento. Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-E51

E52 (AC2) | Endodoncia, localización del canal MB2

NUEVO



Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, localiza y reubica la entrada del canal MB2. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-E52

E53 (AC3) | Endodoncia, eliminación de calcificaciones y postes de fibra

NUEVO



Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de postes de fibra.

Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-E53

E54 (AC4) | Endodoncia, eliminación de postes metálicos

NUEVO



Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-E54

NUEVO

E55 (AC5) | Endodoncia, acabado del suelo de la cámara pulpar



E

Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:

28-E55

E60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular





E

Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:

28-E60



E62 (T6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular





E


Ø 0,3mm; taper: 0%; largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-E62



E87 (TFRK-S) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



E

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.

E87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro radicular.



Utilización:

- 1.- Extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" el instrumento roto tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.
- 2.- Eliminar lima rota.
- 3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.

Ref.:

28-E87



E88 (Katana-V) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



E

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.


E88 o **Katana-V**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.

Ref.:

28-E88



E89 (Katana-H) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi. E89 o **Katana-H**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89). Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular. **Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.**

E



Ref.:

28-E89



MODO: E

POTENCIA



IRRIGACIÓN

G20 | Tallado hombro

Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.

E


Ref.:

28-G20




MODO: G

POTENCIA



IRRIGACIÓN



G21 | Tallado hombro

Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina. Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.

E


Ref.:

28-G21



MODO: G

POTENCIA



IRRIGACIÓN



G30 | Tallado de fosas y fisuras

Punta diamantada (90µm) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación entre fosas y fisuras.

E


Ref.:

28-G30



MODO: G

POTENCIA



IRRIGACIÓN




G31 | Tallado hombro, especial cavidad mesial

Punta diamantada (90µm) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad mesial.

E


Ref.:

28-G31



MODO: G

POTENCIA



IRRIGACIÓN




G32 | Tallado hombro, especial cavidad distal

Punta diamantada (90µm) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad distal.

E



Ref.:

28-G32



MODO: G

POTENCIA



IRRIGACIÓN





SB1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello



Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque el instrumento en la fosa y desplácelo lentamente ejerciendo una ligera presión.

Ref.:

28-SB1




SB2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial



Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB2




SB3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB3




E8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø = 1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en dientes anteriores. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-E8



PUNTAS ESPECIALES PT-A PLUS, PT-A, PT-B, PT5 Y PT-3



Ti P33 | Perio, especial tratamiento bolsas profundas




Diseñada para la eliminación de sarro profundo en la bolsa periodontal y para enjuagar la bolsa periodontal. La punta es delgada y puede utilizarse para el raspado fino de la superficie radicular subgingival.

Para el tratamiento en bolsas periodontales profundas, se debe programar la potencia más baja y en ningún caso se debe exceder el nivel de potencia recomendado.

Para la función de irrigación de la bolsa periodontal, se debe programar el volumen de agua debe más alto.



Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:

28-P33



Ti P50L | Perio, especial raspado subgingival



Doblada a la izquierda, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: dientes adyacentes.



Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:

28-P50L



Ti P50R | Perio, especial raspado subgingival




Doblada a la derecha, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.


Zona de utilización: Dientes adyacentes.

Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:
28-P50R



Ti P56 | Perio, especial eliminación grandes acumulaciones sarro




Diseñada grandes acumulaciones de sarro supragingival y biofilm, no daño al tejido gingival cuando la limpieza se hace en el margen de este.

Zona de utilización: Zonas palatal/lingual y labial/bucal de todos los dientes. Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en la cara lingual. Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:
28-P56



Ti P59 | Perio, especial raspado subgingival

NUEVO




Está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: Todos los dientes, zona bucal y lingual.

Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente. Mueva la punta hacia delante y hacia atrás.

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:
28-P59



Compatible AMDENT® y LM®

A1 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos





Eliminación de los depósitos supragingivales, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

*Llaves LM no valen para esta punta.

Ref.:

28-A1



A2 | Depósitos supragingivales (incluido cuello y parte adyacente)





Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluido el cuello y la parte adyacente de los dientes.

*Llaves LM no valen para esta punta.

Ref.:

28-A2



Compatible KaVo® Sonosoft® y Piezolux®



GC1 | Profilaxis, Sichel hoz, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GC1




GC2 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interdental y cuello



Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:

28-GC2





PC1 | Perio, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-PC1



Compatible KaVo® Sonicflex 2000N/L, 2003 /L y R-Tech® ECOS2

GK1 | Profilaxis, depósitos supragingivales





Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:


28-GK1



MODO:



IRRIGACIÓN




GK2 | Profilaxis, Sichel hoz, especial sarro abundante




Eliminación de sarro abundante y placa supragingival.

Ref.:


28-GK2



MODO:



IRRIGACIÓN




GK3 | Profilaxis, especial interdental y cuello




Eliminación de depósitos supragingivales, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:


28-GK3



MODO:



IRRIGACIÓN



GK4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos




Eliminación de depósitos supragingivales, especialmente en las zonas interproximales y surcos.

Ref.:


28-GK4



MODO:



IRRIGACIÓN



GK5 | Profilaxis, depósitos supragingivales




Eliminación los depósitos supragingivales.

Ref.:


28-GK5



MODO:



IRRIGACIÓN





GK6 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada izquierda)




Eliminación de depósitos supragingivales. Angulada a la izquierda.

Ref.:


28-GK6



MODO:



IRRIGACIÓN




GK7 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada derecha)



Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la derecha.

Ref.:

28-GK7



Compatible KaVo® PiezoLED®, PiezoSOFT® y otros



PC60 | Profilaxis, espacios interproximales y raspado supragingival



Tratamiento de espacios interproximales y raspado supragingival.

Ref.:

28-PC60




PC61 | Perio, bolsas periodontales profundas, dientes adyacentes y zona de la zanja



Diseñada para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja. La punta es plana y ancha, y se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.:

28-PC61




PC62 | Perio, bolsas periodontales profundas



Diseñada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PC62



Compatible SIRONA SIROSONIC® / L / TL, PERIOSONIC®, PERIOSCAN®

GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales




SIR

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GS1



GS2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes





SIR

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GS2



GS3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos




SIR

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-GS3



GS4 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximales





SIR

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:

28-GS4



GS5 | Profilaxis, depósitos supragingivales




SIR

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:

28-GS5



PS1 | Perio, depósitos subgingivales




SIR

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-PS1



PS3 | Perio, bolsas periodontales profundas





SIR

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PS3



PS4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas




SIR

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PS4



PS4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular




SIR

Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular. No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:

28-PS4D



ES1 | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)





SIR

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

28-ES1



ES2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)





SIR

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

28-ES2



ES3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha





SIR

Recomendado para fundir gutapercha. Sumergir el instrumento en eugenol antes de introducirlo en el conducto. Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el escarificador para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-ES3



ES3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas





SIR

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así la extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-ES3D



ES4 | Endodoncia, especial obstrucciones




SIR

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular. Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-ES4



ES4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos




SIR

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo. Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-ES4D



ES5 | Endodoncia, especial obstrucciones




SIR

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular. Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-ES5



ES5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones




SIR

Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular. La longitud de la punta diamantada es de 10 mm.

Ref.:

28-ES5D



ES10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular




SIR

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ES10D



ES14 | Endodoncia especial extracción limas rotas





SIR

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES14



ES15 | Endodoncia especial extracción limas rotas




SIR

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES15



INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

- Fabricados en acero al Cromo por Tekne Dental (Italia).
- Pulidos y reforzados, **totalmente compatibles**.
- **Roscas de precisión** según DIN, **homologadas**.

PiezoLED, PIEZOsoft y COMPATIBLES



PUNTA AX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva. Equivalente KaVo® 201



KP2

Punta de raspado universal para la eliminación del sarro supragingival en todos los cuadrantes. Trabajar desde el borde incisal hasta el surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta.

Ref.:

40-43001

PUNTA BX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar el sarro supragingival, recubrimientos y manchas en todas las superficies dentales.

Ref.:

40-43002

PUNTA CX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar grandes depósitos supragingivales de cálculo.

Ref.:

40-43003

PUNTA PLX3 + LLAVE DYNO | Perio diamantada. Equivalente KaVo® 211



KP2

Cuenta con un revestimiento de diamante (70µm) ideal para un alisado radicular minucioso en línea de visión directa, alisado de proyecciones de restauración y la prolongación de techos de furca.

Ref.:

40-43013

BAJO PEDIDO

PUNTA PLX1 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la derecha. Equivalente KaVo® 212



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43011

BAJO PEDIDO

PUNTA PLX2 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la izquierda. Equivalente KaVo® 213



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43012

BAJO PEDIDO

PUNTA PX + LLAVE DYNO | Perio larga. Equivalente KaVo® 202



KP2

Diseñada para la eliminación del cálculo supra y subgingival en todos los cuadrantes hasta una profundidad de bolsa de 4 mm. Especialmente indicado para intersticios dentales y la zona del surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta

Ref.:

40-43004

PUNTA PSX + LLAVE DYNO | Perio larga, extra fina. Equivalente KaVo® 205



KP2

Diseñada para la eliminación de depósitos subgingivales en superficies radiculares. Las bolsas periodontales profundas y tratamientos / revisiones periodontales preventivas. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta. Tratamiento suave (niños).

Ref.:

40-43005

PUNTA EX + LLAVE DYNO | Endodoncia, Endochuck ángulo 120°



KP2

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

40-43008

BAJO PEDIDO

PUNTA EX PIR + LLAVE | Perio, Endochuck ángulo 120° (Punta soporte + 1 punta PEEK)



KP2

Soporte 120° para puntas Peek + 1 punta peek. Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.

Ref.:

40-43009

BAJO PEDIDO

PUNTAS PEEK | Perio, Set puntas PEEK, 4 uds.



Set puntas PEEK. Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.
Necesario Adaptador / Endochuck: 40-43009

Ref.:

40-43010

BAJO PEDIDO

■ PUNTA DX + LLAVE DYNO | Curva especial. Extracción de coronas



KP2

Especialmente diseñadas para extraer coronas, puentes y pivotes.

Ref.:

40-43007

MICRON

MICRON®

■ PUNTA TTL1 | Uso universal



Inserto, TTL1 (anillo verde), uso universal

Ref.:

27-TTL1

■ PUNTA TZ01 | Plana



Inserto, TZ01 (anillo rosa), plana

Ref.:

27-TZ01

■ PUNTA TES2 | Extra larga perio



Inserto, TES2 (anillo azul), extra larga perio

Ref.:

27-TES2

PUNTAS ENDOACTIVADORES

Endoactivador ENDO3




E70 | Endodoncia, endochuck



Endochuck / Adaptador para sujetar puntas Peek E71, E72, E73 o E74
Diseñada para la limpieza o irrigación del canal radicular.
Utilizado para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo.

Ref.:

28-E70




E71 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 17,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E71




E72 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 20,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E72





E73 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 17,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E73




E74 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 20,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E74




E90 | Endodoncia, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E90





E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E93




E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E96





E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E98





E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E99



Endoactivador ENDO1 (violeta) CONEXIÓN TIPO S





ED93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-ED93




ED96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-ED96




ED98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-ED98




Endoactivador ENDO1 (blanco) COMPATIBLE EMS

E90 | Endodoncia, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E90





E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E93




E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E96




E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E98





E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E99



PUNTAS CIRUGÍA WOODPECKER SURGIC TOUCH, ULTRASURGERY, US-II, DTE DS-II Y SURGIC X

Compatible "MECTRON - Cirugía"



UC1 | Extracción (Similar Mectron® EX1)





MEC


Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular.

Ref.:

28-UC1



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



UC2 | Extracción




MEC

Angulada a la izquierda. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC2



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



UC3 | Extracción



MEC

Angulada a la derecha. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC3



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



UC4 | Extracción



MEC

Diseñada para extracción.

Ref.:

28-UC4

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



UC5 | Extracción (Similar Mectron® EL3)




MEC


Diseñada para incisiones mínimamente invasivas de ligamentos y para la extracciones de dientes. Resulta especialmente adecuada para la extracción de muelas del juicio con ángulos oblicuos.

Ref.:

28-UC5



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



NUEVO

NUEVO

UE1 | Endodoncia, diamantada (Similar Mectron® EN1)





MEC

Punta diamantada (40µm) para el desbridamiento radicular apical y para un alisado radicular eficaz.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-UE1



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UE2 | Endodoncia (Similar Mectron® EN2)




MEC

Se utiliza para la limpieza suave del canal radicular.
La longitud de la parte lisa delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-UE2



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UL1 | Elevación, membrana sinusal (Similar Mectron® EL3)




MEC


Ángulo de la punta 120°, separación de la membrana sinusal en zonas internas.
Elevador no cortante de la membrana sinusal.

Ref.:

28-UL1



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UP1 | Perio (Similar Mectron® PS1)




MEC


Recomendado para raspados periodontales suaves.

Ref.:

28-UP1



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Perio



UP2 | Extirpación y extracción (Similar Mectron® EL3)





MEC


Diseñada para la extirpación del tejido inflamado y extracción del ápice radicular fracturado.

Ref.:

28-UP2



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Perio



UP3 | Raspado y curetaje (Similar Mectron® EL3)




MEC


Recomendado para el raspado y curetaje periodontal suave en ángulo.

Ref.:

28-UP3



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Perio



UP4 | Desbridamiento y alisado (Similar Mectron® EL3)





MEC

Punta diamantada (40 µm), recomendado para el desbridamiento y alisado radicular.

Ref.:
28-UP4



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Perio



US1 | Osteotomía (Similar Mectron® OT6)





MEC

Gran eficacia en la osteotomía de grandes secciones óseas durante la cirugía maxilofacial, también puede utilizarse para la exodoncia.

Ref.:
28-US1



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)



US2 | Osteotomía (Similar Mectron® OT7)




MEC

Técnica de osteotomía de alta eficacia en maxilar y mandíbula. (expansión de la cresta, técnica de corticotomía, injerto de bloque óseo)

Ref.:
28-US2



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)




US3 | Osteotomía (Similar Mectron® OT2)



MEC

Osteotomía de gran precisión en estructuras anatómicamente delgadas.

Ref.:
28-US3



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)




US4 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP3)




MEC

Universal osteoplastia: osteotomía periodontal, recuperación de hueso, eliminación de tejido inflamatorio. (quistes, etc.)

Ref.:
28-US4



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)



US5 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP1)



MEC

Osteoplastia de hueso de alta eficiencia: remodelación ósea y recuperación de hueso.

Ref.:
28-US5



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)



US1L | Osteotomía (Similar Mectron® OT8L)




MEC

Angulada a la izquierda 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1L



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongiuous)



US1R | Osteotomía (Similar Mectron® OT8R)



MEC

Angulada a la derecha 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1R



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongiuous)



UL2 | Separación membrana sinusal (Similar Mectron® EL1)




MEC

Diseñada para separar la membrana de Schneider de las paredes óseas. Separación de la membrana sinusal.

Ref.:

28-UL2



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UL3 | Osteotomía / Osteoplastia (Similar Mectron® OT5)




MEC

Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía y osteoplastia micrométrica: atraumático, para finalizar la osteotomía y osteoplastia en hueso delgado y/o cerca de estructuras anatómicas delicadas.

Ref.:

28-UL3



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UL4 | Osteotomía (Similar Mectron® OT1)




MEC

Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía micrométrica: para finalizar la osteotomía en proximidad de tejidos blandos (membrana sinusal, vaso, nervio alveolar)

Ref.:

28-UL4



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongiuous)



U11 | Implantología




MEC

Diseñada para la preparación de la zona de implantación
Ø: 1,6mm
Longitud de trabajo de la punta : 9mm

Ref.:

28-U11



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongiuous)



NUEVO

UI5 | Implantología (Similar Mectron® EL3)




MEC


Punta de preparación para implantes de $\varnothing$ 2 mm utilizada en la zona posterior de la boca, con extremo afilado y salida de agua por el centro.

Ref.:

28-UI5



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



NUEVO

UI8 | Implantología (Similar Mectron® EL3)





MEC

Punta de preparación del lecho de implantación de 1,6 mm. La longitud útil de la punta es de 15 mm.

Ref.:

28-UI8



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



LLAVES PARA PUNTAS / INSERTOS

Llaves para puntas / insertos



Descripción	Observaciones
 Llave autolimitante TD-1L para puntas Woodpecker®: tipo EMS®, tipo S y tipo KaVo® PiezoLED. Ref.: 28-TD1L	Igual a TW-1L
 Llave autolimitante TW-5L para puntas Woodpecker®: tipo EMS®, puntas tipo S y puntas PEEK RUMAR®. Ref.: 28-TW5L	Igual a TD-5L Acceso lateral
 Llave fija TD-EI para tuerca puntas Endo Woodpecker® / DTE®. Ref.: 28-TDEI	Igual a TW-EI
 Llave autolimitante TS-4L para puntas Woodpecker®, para Sirona®. Ref.: 28-TS4L	Acceso lateral
 Llave autolimitante TK-5L para puntas KaVo® Sonicflex, Sonosoft, Piezolux y compatibles. Ref.: 28-TK4L	Acceso lateral
 Llave autolimitante TU-1L para puntas de cirugía Woodpecker® y Mectron®. Ref.: 28-TU1L	

Soporte para puntas



Descripción	Observaciones
 Para 6 puntas, acero inoxidable CON cubierta Ref.: 28-WA001	
 Para 6 puntas, acero inoxidable SIN cubierta Ref.: 28-WA002	